

# DÉSINFECTION DES SONDES D'ÉCHOGRAPHIE



## OBJECTIFS

Respect des recommandations d'hygiène entourant les actes d'échographie endovaginale.

Respect des **Précautions Standard** et **prévention du risque de transmission croisée** des micro organismes liés à un acte d'échographie endovaginale.



## ACTE D'ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE


Examen échographique interne des organes du bassin ou pelvis comme l'utérus ou les ovaires.

Il se pratique par voie vaginale pour un diagnostic ou une surveillance.

## ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE



### CHRONOLOGIE



### PRÉCISIONS

#### ENTRE CHAQUE PATIENT :

##### nettoyer - désinfecter l'environnement proche du patient

- Jeter le drap d'examen à usage unique en Déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) (Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) si présence de liquides biologiques/sang).
- Réaliser un essuyage humide avec un consommable (lingette, carré d'essuyage, serviette à usage unique...) imprégné de détergent-désinfectant de la table d'examen.
- Changer le drap d'examen.
- Réaliser un essuyage humide avec un consommable imprégné de détergent-désinfectant du clavier, du trackpad et du porte sonde de l'échographe.

#### EN FIN DE JOURNÉE :

- Nettoyage-désinfection soigneuse de l'ensemble du poste incluant la partie couverte de la sonde après retrait de la gaine avec la gestuelle décrite dans le rapport Haut Conseil de Santé Publique du 14 décembre 2007 (le manche de la sonde, le support de fixation de celle-ci sur le poste d'échographie, le clavier, etc.).
- Nettoyage de la sonde/rinçage/réaliser une désinfection de niveau intermédiaire (DNI)
- Réaliser le bionettoyage (nettoyage-désinfection de toutes les surfaces hautes et du sol) de la salle d'examen.
- Réapprovisionner en consommables si besoin.
- Assurer la traçabilité.



### ÉVALUATION<sup>4</sup>

- Audit GREPHH 2016.
- Prélèvement de surfaces si besoin (surveillance de l'environnement).
- Suivi des déclarations d'infection liée à l'acte (épidémiologie).
- Suivi des déclarations de matériovigilance.

#### RÉFÉRENCES :

1. Hygiène des mains et soins : du choix du produit à son utilisation et sa promotion - hygiènes - volume XXVI - N°1 2018.
2. Entretien des locaux dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux. Recommandations de bonnes pratiques. CPIAS OCCITANIE / CPIAS NOUVELLE AQUITAINE NOVEMBRE 2017PS SF2H 2017.
3. Actualisation des précautions standard - Hygiènes - Volume XXV - N° hors série - Juin 2017.
4. Instruction n° DGS/VSS/VSS1/DGOS/PF/PF2/2016/145 du 10 mai 2016 relative aux échographies endocavitaires.
5. Guide pour le choix des désinfectants - Hygiènes - Volume XXII - n°6 2015.