


# SUR LE PARTOGRAMME, JE NOTE TOUTES LES HEURES LES 5 CRITÈRES DU RCF !



médicolégal

Si l'heure affichée sur le monito ne correspond pas à l'heure réelle, changer la pile située derrière le monito.

## Les 5 critères à noter :

**R**ythme de base (en chiffre)

**V**ariabilité : 5/25 ; < 5 ; < 2

**A**ccélération : oui / non

**D**écélération : variable / typique / barorécepteur  
ou tardive / atypique / chémorécepteur

**N**ombre de CU / 10mm

Limitier  
l'utilisation  
du synto

(cf. RPC du CNSF disponible  
sur [www.repere.re](http://www.repere.re) si besoin)

**Penser au contexte  
clinique global :**

Terme, estimation du poids foetal  
diabète gestationnel...

Une réanimation intra-utérine

- **Arrêt du synto**
- **Tocolyse intra utérine** (après vérification de la TA) :
  - Diluer 1 ampoule de 1 ml de **nitronal\*** dans 9 ml de sérum physiologique. L'objectif est d'obtenir une solution de 100 µg/ml.
  - Injecter 1 ml de la solution préparée **en IV**.
- **Changement de position de la patiente** : le plus souvent DLG

\*Le Natispray est à éviter (cf. Mises à jour CNGOF sur la tocolyse d'urgence, décembre 2014)